

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
CVC SET ๒ - LUMEN ๗ FR x ๒๐ CM จำนวน ๑,๒๕๘ เซ็ต
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการจัดซื้อ CVC SET ๒ - LUMEN ๗ FR x ๒๐ CM จำนวน ๑,๒๕๘ เซ็ต คุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำแบบ ๒ รู พร้อมชุดใส่สายสำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

๓. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็น Catheter สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่ พร้อมชุดสาย (Introducer Set)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Catheter มีขนาด ๗ Fr ยาว ๒๐ ซม. มีเครื่องหมายบอกระยะที่ ๑๐ ซม. , ๑๕ ซม. และ ทุก ๆ ซม. จนถึง ๒๐ ซม.
๒. Catheter มีช่องภายใน ๒ รู (Lumen) รูเปิดแยกกัน คือ เปิดที่ปลายสุด (Distal) และ รูเปิดตอนต้น (Proximal)
๓. หัวสาย Catheter จะแยกออกไป ๒ ท่อ (Extension Line) ยาวไปไม่เท่ากัน มีข้อความ Distal และ Proximal เพื่อบอกรูเปิดท่อนปลายซึ่งจะมองไม่เห็นเมื่อใส่เข้าร่างกายผู้ป่วยแล้ว
๔. ท่อ Extension มีที่หนีบสาย (Slide clamp) และ ส่วนฝาปิด (Luer Lock) ที่ท่อ
๕. Catheter ทำด้วย Polyurethane และทึบแสงเอกซเรย์ (Radiopaque)
๖. มีชุดใส่สายประกอบด้วย
 - เข็มขนาด ๑๘ Ga ยาวอย่างน้อย ๒" จำนวน ๑ อัน
 - มีกระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด ๕ cc ซึ่งมีรูที่ปลายลูกสูบสำหรับใส่ลวดนำ (Guide wire) ให้ออกทางปลายเข็มได้เลยโดยไม่ต้องถอดเข็มออกเพื่อใส่ลวดนำ
 - ลวดนำขนาด ๐.๐๓๒" ยาว ๖๐ ซม. ปลายนิ่มรูป "J" และอีกปลายตรงอยู่ในท่อพลาสติกแข็ง มีที่วางนิ้ว (Advancer) เพื่อดันลวดนำออกจากท่อพลาสติก
 - มีข้อต่อ Needleless เพื่อป้องกันการรั่วซึมและป้องกันการไหลย้อนของสารละลาย (Closed System) ผู้ใช้งานไม่เสี่ยงต่อการถูกเข็มทิ่มตำ
๗. Catheter และชุด (Introducer Set) บรรจุในสภาพพลาสติกใส ปิดด้วยกระดาษหุ้มห่อบอกรายละเอียดของภายในบรรจุภัณฑ์
๘. มีใบมีด (Scalpel Blade) ๑ อัน อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน


(นางรัชดาภรณ์ ไฉ่จันทร์)


(นางรุจิรา ชำคอง)


(นางสาวจรีภรณ์ มีชัย)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑) วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ
- ๒) บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ปราศจากเชื้อ (Sterile package)
- ๓) กรณีเป็นสินค้านำเข้า ต้องมีเอกสารรับรองการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหนังสือรับรองมาตรฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชดาภรณ์ ไม้จันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางรุจิรา ชำคง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจรีภรณ์ มีชัย)