

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง (TOTAL PLUS PAK) จำนวน ๖๐ ชิ้น**  
**โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี**

**๑. ความต้องการ**

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการ ซื้อชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง (TOTAL PLUS PAK) คุณสมบัติตามข้อกำหนด

**๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดต่อกระจกทางส่วนหน้า และวุ้นลูกตาทางส่วนหัวตัดชนิด ๒๓ G สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

**๓. คุณลักษณะเฉพาะ**

คุณลักษณะเฉพาะ ๑ Pak ประกอบด้วย

๑. Cassette/tubing manifold Utility (ตลับรองน้ำออกจากตา) ๑ ชิ้น
๒. สายดูดของเหลวจากตา ( extrusion line ) ๑ เส้น
๓. สายใยแก้วนำแสง ( fiber optic illuminator ) ๑ เส้น
๔. สายนำของเหลวเข้าสู่ตา (infusion cannula) ขนาด ๔ mm ๑ เส้น
๕. Suleral plugs ขนาด ๒๓ ๓ ชิ้น
๖. ใบมีด Trocar blade พร้อม Valved Cannula ขนาด ๒๓G ๓ ชิ้น
๗. ชุดสายน้ำเกลือ ๑ ชุด
๘. แผ่นพลาสติกปราศจากเชื้อสำหรับคลุมหน้าจอเครื่อง ๑ ชิ้น
๙. ๓-way stopcock ๑ ชิ้น
๑๐. กระจกฉีดยาขนาด ๒๐ cc ๑ อัน
๑๑. หัวตัด Ultravit ๗๕๐๐ cut ๑ ชิ้น

อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

**๔. เงื่อนไขอื่นๆ**

๑. ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่เสนอต้องได้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๓. เมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยินดีให้แลกเปลี่ยนได้ ก่อนการหมดอายุ
๔. สินค้าที่ส่งมอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

.....  
(นางภัทรพร ใจฉลาด)

.....  
(นางวิจิตรา นาคพงษ์)

.....  
(นางสาวมณิกา สุดประเสริฐ)