

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊สพลาสมา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑. ความต้องการ

น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อ เพื่อการทำให้ปราศจากเชื้อในระบบ อუნทรมิต้า

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชนิดเข้มข้น ๕๘%
๒. มีขนาดบรรจุ ๑๒ ml. ต่อรอบการใช้งาน
๓. ใช้สำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดบรรจุ ๑๖๐ ลิตร
๔. มีรายละเอียดบอกวันการผลิตและวันหมดอายุบนภาชนะบรรจุ
๕. บรรจุอยู่ในหลอด Single shot ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานต่อรอบการอบฆ่าเชื้อ
๖. หลอดบรรจุมีการปิดผนึกที่ดีมีสามารถป้องกันการรั่วไหลของน้ำยาได้
๗. มีอายุการใช้งาน ๑ ปีนับจากวันที่ผลิต
๘. สามารถเก็บรักษาหลอดน้ำยาที่อุณหภูมิระหว่าง ๕ – ๓๐ องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิห้อง

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
๒. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง หลอดบรรจุน้ำยาอย่างน้อย ๒ รอบการใช้งาน ประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองหรือยื่นพร้อมใบเสนอราคา
๓. มีระบบสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยสปอร์เทสต์ (หลอดทดสอบทางชีวภาพ) ที่ทราบผลได้ภายใน ๓๐ นาที
๔. รับประกันคุณภาพเครื่องอย่างน้อย ๑ ปี
๕. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย อย่างน้อย ๑ ชุด
๖. บริษัทฯ ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้งาน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
๗. ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้ขายจะจัดหาสินค้าตามรายการด้านบนแก่ผู้ซื้อ ได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ประมาณการไว้ แต่ผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้



(นางวิริญดา พงษ์พรม)



(นางภัทรพร ใจฉลาด)



(นางอภิญญา จินดารักษ์)